



放射性物質試験結果報告書

報告書番号 R22664 号

2022 年 2 月 15 日

下川町教育委員会 様

2022 年 2 月 15 日ご依頼の供試品につき、下記の通り試験結果をご報告致します。

株式会社札幌市中央卸売市場食品衛生検査センター

〒060-0012 北海道札幌市中央区北 12 条西 20 丁目 1-10 カネシメ冷蔵棟 2F

TEL (011)618-2263 FAX (011)618-2264



供 試 品	下川町産しいたけ	
特 記 事 項	なし	
試験担当者名	京田 真明	
試 験 結 果	試験項目	試験結果
	放射性ヨウ素 (I-131 として)	不検出(10Bq/kg 未満)
	放射性セシウム (Cs-134 として)	不検出(10Bq/kg 未満)
	放射性セシウム (Cs-137 として)	不検出(10Bq/kg 未満)
	<試験方法等> 測定試料：試料 100g を U8 容器に充填し測定試料とした。 試験方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガン線スペクトロメリーによる核種分析法 測定時間：2,000 秒間 測定機器：CANBERRA 社製 GC2020 検出限界：放射性ヨウ素 (I-131 として)：10Bq/kg 放射性セシウム (Cs-134 として)：10Bq/kg 放射性セシウム (Cs-137 として)：10Bq/kg 以下余白	